

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Equipos Médico - Quirúrgicos  
NIT: 860.038.579-7

Fecha de Actualización: Feb/2010

**ANDI**  
*Cámara de Proveedores de la Salud*

<b>NOMBRE</b>		<b>BOLSA DE COLOSTOMÍA</b>			
<b>MARCA</b>	MEDEX	<b>CLASIFICACION DEL RIESGO</b>	I	<b>VIDA UTIL</b>	5 Años
<b>REG SANITARIO</b>	INVIMA 2005V-001965-R1	<b>VIGENCIA</b>	31-ene-2016	<b>MODALIDAD</b>	Fabricar y Vender
<b>FABRICANTE</b>	MEDITEC SA	<b>INVASIVO</b>	NO	<b>USO</b>	CORTO PLAZO
<b>RECOMENDACIONES DE USO</b>	Se adhieren a la piel y se utilizan para la recolección de heces fecales				
<b>INDICACIONES</b>	Usado para la recolección de heces fecales en pacientes a los cuales se les ha practicado Colostomía				
<b>COMPOSICION</b>	Bolsa Plástica transparente en polietileno de Baja Densidad (PELD)				
<b>FORMA</b>	Consta de una bolsa de polietileno transparente suave, flexible, delgada herméticamente sellada por ambos extremos con las dimensiones, Bolsa : 12.5 de ancho x 24, LargoAdhesivo: 10 x 10 o 12 x 12.				
<b>REFERENCIAS/ CALIBRE</b>	Díámetro orificio 1"-1.5"-2"-2.5"-3"-3.5"	<b>MARCACIONES</b>	No Aplica		
		<b>LÍNEA RADIOPACA</b>	No Aplica		
<b>PRESENTACION COMERCIAL</b>	Empacados en unidades <b>No Estériles</b> , en una bolsa de polietileno transparente q a su vez van embaladas por 10 uncs en una bolsa de polietileno blanco.	<b>MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN</b>	No Aplica		
<b>PRECAUCIONES</b>	No utilizar si el empaque se encuentra abierto o roto				
<b>RESTRICCIONES</b>	Desechar el producto una vez utilizado. Un solo Uso				
<b>VENTAJAS</b>	Parche con adhesivo hipocariérgico que se puede retirar fácilmente tanto en la piel sana como en la escoriada				
<b>ESPECIFICACIONES DE CALIDAD</b>	Hermeticidad Adhesividad	<b>ANALISIS</b>	<b>FÍSICOS</b>	Textura, Pegue, Fugas.	
			<b>QUÍMICOS</b>	No Aplica	
			<b>MICROBIOLOGICOS</b>	No Aplica	
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	En locales cubiertos, protegidos de: * Exposición directa a los rayos del sol		* Lluvia * Fuentes de calor	* Vapores	
<b>METODOLOGÍA</b>	Basado en la USP 32				

ANDRES FELIPE LONDÓN USUCA  
DIRECCIÓN TÉCNICA

RD No.: 61444986660001882  
**otopront.**  
Calentador por inducción de alta potencia / México

**RICHARD WOLF**  
Equipos de endoscopia, Radiografía / Alemania

**CONMED**  
CORPORATION  
Endoscopia - Radiografía - New York / Estados Unidos



Carrera 20 No. 40 - 40 Conmutador 338 1177 FAX 320 9234 - 320 9233

E-mail: meditec@meditecsa.com www.meditecsa.com