

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipos Médico - Quirúrgicos

NIT: 860.038.579-7

ANDI
Cámara de Proveedores
de la Salud

NOMBRE		SONDA NELATON			
MARCA	MEDEX	CLASIFICACION DEL RIESGO	Ila	VIDA ÚTIL	5 Años
REG SANITARIO	INVIMA 2008DM-0001689-R2	VIGENCIA	11-abr-2018	MODALIDAD	Fabricar y Vender
FABRICANTE	MEDITEC SA	INVASIVO	SI	USO	CORTO PLAZO
RECOMENDACIONES DE USO	Se introduce en la uretra, recolectando la orina para su inspección y también para el vaciado de la vejiga. TECNICA * Ubicar al paciente en posición cúbito supino con piernas extendidas. * Lubricar * Introducir * Adaptar al sistema de recolección				
INDICACIONES	Se utiliza para el drenaje de orina y fluidos corporales en algunos casos de pacientes que lo requieran.				
COMPOSICION	Plástico (PVC: Cloruro de Polivinilo) Grado médico, Atóxico, Libre de Látex, biocompatible, antiocheroso.				
FORMA	Embudo verde en su parte superior, y tubo transparente de 40 cm con extremo inferior cerrado y suave, con dos (2) orificios en forma alterna de tamaños adecuados, que permiten el uso de estilete si se considera necesario.				
REFERENCIAS/ CALIBRE(Fr)	4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24	MARCACIONES	No		
		LÍNEA RADIOPACA	No		
PRESENTACION COMERCIAL	Empacados en unidades Estériles.	MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN	Gas Oxido de Etileno		
PRECAUCIONES	No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido.				
RESTRICCIONES	Desechar el producto una vez utilizado. Un solo Uso				
VENTAJAS	Proceso de Esterilización a concentraciones bajas de oxido de Etileno(10%), lo cual garantiza la completa atoxicidad del dispositivo.				
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD	Atóxico Esteril Apirógeno	ANALISIS	FISICOS	Textura, Ensamble, Fugas.	
			QUÍMICOS	Toxicidad.	
			MICROBIOLÓGICOS	Prueba de Esterilidad, Pirógenos	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	En locales cubiertos, protegidos de: * Exposición directa a los rayos del sol		* Lluvia * Fuentes de calor	* Vapores	
METODOLOGÍA	Basado en la USP 32				

Andrés Felipe Rendon Usuga

ANDRES FELIPE RENDON USUGA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

RP No. 01444900608031838

otopront.

Cámaras para el diagnóstico y el tratamiento de la otitis media y externa

RICHARD WOLF

Equipos de endoscopia, Káterización / Álgebra

CONMED CORPORATION

Endoscopia - Trazado Cat. - New York / Estados Unidos

