	FICHA TÉCNICA	Fecha de actualización: 30/11/15
Global Healthcare	**Canister Rígido**	**Technical Specifications** **Especificaciones Técnicas**

MARCA: Global Healthcare.

DESCRIPCIÓN: Recipiente rígido, desechable, diseñado para la recogida y aspiración de fluidos médicos, reducir al máximo el riesgo de contaminación por contacto o manipulación inadecuada de fluidos orgánicos dentro del ambiente hospitalario, Tapa que asegura a presión, permaneciendo hermética durante su uso, con cuatro tomas de diferentes diámetros para conexión de vacío y succión, con puerto ortopédico, puede ser usado con regulador conexiones de pared o sistema central de succión, eficiencia de filtración del 99,5% contra Estafilococo Áureos, atrapa microorganismos en forma de aerosol, válvula de sellado que previene sobrellenado.

Especificaciones Técnicas:

Tamaños	800ml	1500ml	1500ml
Material (Canister/Liner)	GPPS	GPPS	GPPS
Material (Tapa)	PP-7033N	PP-7033N	PP-7033N
Mediciones de Tolerancia	±10%	±10%	±10%
Max. Vacío	0.1MPa	0.1MPa	0.1MPa
Peso (vacío , con tapa y filtro)	130g	192g	189g
Peso (con agua)	930g	1692g	1589g
Tamaño Puerto (Paciente)	10.5 mm	10.5 mm	10.5 mm
Tamaño Puerto (vacío)	5.9 mm	5.9 mm	5.9 mm
Tamaño Puerto (Tamdem)	11.1 mm	11.1 mm	11.1 mm
Tamaño Puerto (del codo)	25.6 mm	25.6 mm	25.6 mm
Max. Diámetro tapa	177.2 mm	195.8 mm	195.8 mm
Min. Diámetro tapa	131 mm	151.8 mm	151.8 mm
Altura (liner)	139.7 mm	174.5 mm	174.5 mm
Altura (liner con tapa)	169.4 mm	205.2 mm	205.2 mm

PRESENTACIONES COMERCIALES: Liner rígido fabricado con Poliestireno Cristal de Alto Impacto (GPPS), con capacidades de: 800cc, 1500cc.

Ítem	Descripción	Empaque	Medidas	Código de Barras
71-208	Liner Rígido 800 cc.	48und/caja	57X44X45cm	40872237007996
71-215	Liner Rígido 1.500 cc.	48und/caja	62X52X50cm	40872237008009

TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

TIPO DE TRATAMIENTO: Recogida y aspiración de fluidos médicos, en quirófanos, salas de exploración, salas de pacientes y en otras instalaciones.
Instrucciones de uso: 1) Ensamble la tapa al "canister" y verifique que ésta quede totalmente sellada. **2)** Coloque el "canister" sellado en el aro de soporte **3)** Conecte el tubo de vacio presente en el aro de soporte al puerto "Vacuum"4**)** Conecte un extremo del tubo de succión en el puerto "Patient" **5)** Cuando se utiliza un solo tarro, el puerto "Tandem" y el "Conducto de Vertido" deben estar tapados.

PRECAUCIONES: Para un solo uso, No reutilice ni intente esterilizar el dispositivo, No está recomendado para drenaje pleural, Los contendores rígidos sólo deben utilizarse con las tapas diseñadas para cada tamaño. No intercambie con las de otras marcas.

OBSERVACIONES: Descartar luego de usar, no usar si está roto o dañado.

CONTENEDOR RÍGIDO

Si requiere de información adicional, puede contactarnos en:
Colombia: ghc-colombia@globalhealthcare.net
Chile: infochile@globalhealthcare.net
Sitio web: www.globalhealthcare.net